

SYSTÈME DE VIS PÉDICULAIRE NEO™

2021-03 v. 3.2



Neo Medical SA
Route de Lausanne 157A
1096 Villette
Suisse



Informations importantes sur le système NEO PEDICLE SCREW SYSTEM™

OBJECTIF

Le système NEO Pedicle Screw System™ est destiné à favoriser l'immobilisation, la correction et la stabilisation de segments rachidiens en complément de la fusion du rachis thoracique, lombaire et/ou sacré.

DESCRIPTION

Le système NEO Pedicle Screw System™ comprend toute une série de tailles de tiges et de vis, ainsi que d'instruments. Tous sont stériles et conditionnés pour être prêts à l'emploi. Ils peuvent être verrouillés dans différentes configurations adaptables en fonction des cas.

Le système de vis pédiculaire est constitué de vis de longueur et de diamètre différents, et de tiges de connexion de longueur différente. Le système inclut les instruments nécessaires ; ces instruments à usage unique sont eux-aussi stériles. Tous les composants du système sont fabriqués à partir de matériaux conformes aux normes ISO et/ou ASTM en vigueur. Les vis sont en alliage de titane stérile ; elles sont fournies pré-chargées sur un prolongateur de vis incluant une bougie de dilatation. Les tiges sont en alliage de titane stérile. La taille et la forme des dispositifs s'adaptent à la morphologie du patient et à la technique opératoire.

Le système inclus un kit de révision qui devrait être utilisé pour la chirurgie de révision. La procédure d'utilisation est décrite dans la technique chirurgicale. L'option de poignée en T (T-handle) doit être utilisée dans le cas où le couple est important est nécessaire pour retirer bouchon avec le tournevis non canulé. La poignée en T (T-handle) est livré stérile et peut être utilisé immédiatement.

Le système peut être utilisé en chirurgie à ciel ouvert ou mini-invasive.

Les implants et les instruments du système NEO Pedicle Screw System™ sont des dispositifs à usage unique. Ils ne doivent en aucun cas être réutilisés.

Garantie limitée et avertissement

L'acheteur initial des produits de la société Neo Medical bénéficie d'une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux. La société Neo Medical ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant à la valeur commerciale ou à l'aptitude à une utilisation précise des systèmes qu'elle commercialise.

DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE/JETABLES

Les implants du système NEO Pedicle Screw System™ sont des implants à usage unique. Les instruments du système NEO Pedicle Screw System™ sont eux aussi à usage unique et doivent être jetés après usage. NE JAMAIS RE-STERILISER tout ou partie de système NEO Pedicle Screw System™ : les caractéristiques techniques du système rendent une telle opération impossible. Toute réutilisation d'une pièce quelconque du système est susceptible d'entraîner un risque pour le patient.

Toute tentative de retraitement, nettoyage, stérilisation ou désinfection du système est susceptible de donner lieu à des infections ou à des réactions toxiques et avoir une incidence négative sur les performances et les caractéristiques des éléments du système.

Après utilisation, tous les instruments doivent être décontaminés et éliminés conformément aux lois et à la réglementation locale applicable aux déchets infectieux.

INDICATIONS

Le système NEO Pedicle Screw System™ est conçu pour immobiliser et stabiliser les segments rachidiens chez des personnes ayant atteint leur maturité osseuse, en complément du processus de fusion. Le système est indiqué pour la fixation postérieure non cervicale, dans les indications suivantes : Discopathie dégénérative (DD) (définie comme une douleur dorsale d'origine discale accompagnée d'une dégénérescence du disque confirmée par les antécédents du patient et les examens radiographiques), spondylolisthésis, traumatisme (à

savoir fracture ou dislocation), sténose spinale, déformités (scoliose, cyphose et / ou lordose), tumeur, pseudarthrose et/ou échec d'une fusion antérieure.

Les instruments sont destinés à être utilisés pour l'implantation des dispositifs médicaux mentionnés ci-dessus.

CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications comprennent entre-autres :

- Infections non traitées ou patients à risque d'infection élevé (patients immunodéprimés)
- Signes d'inflammation locale.
- Fièvre ou leucocytose.
- Obésité morbide.
- Grossesse.
- Maladie mentale.
- Déformation anatomique importante due à une anomalie congénitale.
- Tout autre état médical ou chirurgical excluant le bénéfice éventuel de la pose d'implants rachidiens (par exemple : anomalies congénitales, VS anormalement élevée hors contexte pathologique, taux de leucocytes élevé, taux de neutrophiles élevé (déviation à gauche)).
- Allergie ou intolérance aux métaux suspectée ou avérée.
- Cas ne nécessitant ni greffe osseuse ni fusion.
- Cas dans lesquels les composants de l'implant sélectionné seraient trop grands ou trop petits pour permettre d'obtenir un résultat probant.
- Patients dont les tissus sur le site d'intervention sont de mauvaise qualité ou patients ayant un capital osseux de qualité médiocre.
- Patients pour lesquels la pose d'implants viendrait perturber les structures anatomiques ou les fonctions physiologiques
- Patients pédiatriques ou n'ayant pas atteint la maturité osseuse.
- Patients non observants.
- Tout état non décrit dans les indications.

REMARQUE : pour les patients présentant les pathologies ou anomalies ci-dessous, la pose d'implants rachidiens ne doit pas être envisagée comme une contre-indication absolue et la décision devra être prise au cas par cas :

- Résorption osseuse sévère.
- Ostéomalacie
- Ostéoporose sévère

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Tous les effets secondaires possibles associés à une arthrodèse mini invasive doivent être envisagés. Pour les interventions à ciel ouvert, les effets secondaires peuvent inclure, entre autres :

- Descellement prématuré ou tardif de tout ou partie des composants précoce ou tardif de tout ou partie des composants.
- Désassemblage, flexion et/ou rupture de tout ou partie de l'implant.
- Réaction (allergique) à l'implant, aux débris d'usure, aux produits de corrosion (liés à une fissure, à l'usure de contact et/ou à la corrosion générale), incluant l'hyper-sensitivité aux métaux, les colorations des tissus, les formations de tumeurs et/ou l'apparition de maladies auto-immunes.
- Chez les patients dont les tissus au niveau du site d'intervention sont de mauvaise qualité, il est possible que l'implant exerce une pression et entraîne des irritations, des fibroses, nécroses, douleurs, et puisse même transpercer la peau.
- Bursite.
- Lésions tissulaires ou nerveuses provoquées par un positionnement ou un placement incorrect des implants ou des instruments.
- Modification de la courbure du rachis, perte de correction, de hauteur et/ou de réduction après l'intervention.
- Infection.
- Brèches dures, pseudo-méningocèle, fistule, fuite persistante de LCS, méningite.
- Perte de fonction neurologique (p. ex., perte des fonctions sensorielles et/ou motrices), y compris paralysie (totale ou partielle), dysesthésies, hyperesthésie, anesthésie, paresthésies, radiculopathie et/ou apparition ou persistance d'une douleur, engourdissement, névrome, spasmes, déficit sensoriel, sensation de fourmillements et/ou baisse de l'acuité visuelle.
- Syndrome de la queue de cheval, neuropathie, troubles neurologiques (transitoires ou permanents), paraplégie, paraparésie, perte de réflexes, irritation, arachnoïdite et/ou fonte musculaire.
- Rétention urinaire ou perte de contrôle de la vessie ou autres types d'atteintes du système urologique.
- Formation d'une cicatrice donnant lieu à une atteinte neurologique ou une compression des racines nerveuses et/ou entraînant des douleurs.
- Fracture, microfracture, résorption, lésions ou pénétration d'un os vertébral (notamment le sacrum, les pédicules et/ou les corps vertébraux) et/ou greffe osseuse ou site de prélèvement de greffe osseuse sur, au-dessus, en dessous ou au niveau du site d'intervention.
- Rétrogradation de l'implant.

- Hernie du noyau pulpeux, lésion ou dégénérescence discale au-dessus, au-dessous ou au niveau du site d'intervention.
- Non consolidation (ou pseudarthrose), retard de consolidation ou formation d'un cal vicieux.
- Arrêt de croissance de la partie du rachis opérée.
- Perte ou augmentation de mobilité ou de fonctionnalité du rachis.
- Incapacité d'exécuter les tâches de la vie quotidienne.
- Perte osseuse ou diminution de la densité osseuse éventuellement causées par des adaptations osseuses autour de l'implant.
- Complications au niveau du site de prélèvement du greffon, notamment douleurs, fractures ou difficultés de cicatrisation.
- Iléus paralytique, gastrite, occlusion intestinale, incontinence fécale ou autres atteintes de l'appareil digestif.
- Hémorragie, hématome, occlusion, sérôme, œdème, hypertension, embolie, accident vasculaire cérébral, saignements anormaux, phlébite, nécrose de la plaie, déhiscence de la plaie, lésion des vaisseaux sanguins ou autres types d'affections de l'appareil cardiovasculaire.
- Atteinte de l'appareil reproducteur, comprenant stérilité, perte de libido et dysfonctionnement sexuel.
- Apparition de troubles respiratoires (p. ex. embolie pulmonaire, atélectasie, bronchite, pneumonie, etc.).
- Modification de l'état mental.
- Décès.

Remarque : certains de ces effets indésirables possibles pourront être corrigés par une reprise.

AVERTISSEMENT

La sécurité et l'efficacité des systèmes rachidiens à vis pédiculaires n'ont été démontrées que pour des pathologies du rachis accompagnées d'une instabilité mécanique importante ou d'une déformation nécessitant une fusion par chirurgie à ciel ouvert. Ces pathologies sont les suivantes : instabilité mécanique importante ou déformation du rachis thoracique, lombaire et sacré suite à un spondylolisthésis dégénératif avec mise en évidence d'une atteinte neurologique, d'une fracture, d'une dislocation, d'une tumeur vertébrale et à l'échec d'une fusion antérieure (pseudarthrose). La sécurité et l'efficacité de ce dispositif n'ont pas été étudiées pour d'autres pathologies. Les implants ne sont pas des prothèses. En l'absence de fusion, le système et/ou un ou plusieurs de ses composants sont susceptibles de s'arracher, de se tordre ou de se fracturer suite à l'exposition à des efforts mécaniques quotidiens.

L'adaptateur - poignet en T (Neo T-Handle Kit) peut être utilisé aussi bien avec le tournevis canulé du kit d'instrumentation qu'avec le tournevis plein (non canulé) du kit de révision (removal kit) du NEO Pedicle Screw System™. Le tournevis canulé ne doit pas être utilisé lors de l'utilisation du kit de révision (removal kit). Ne pas utiliser les composants de l'implant NEO Pedicle Screw System™ avec des composants provenant d'un autre système ou d'un autre fabricant, sauf dans les cas expressément prévus dans le présent document ou dans tout autre document publié par NEO MEDICAL™.

PRÉCAUTIONS

La mise en place des systèmes vertébraux à vis pédiculaires doit être exclusivement pratiquée par des chirurgiens expérimentés en chirurgie rachidienne et ayant bénéficié d'une formation spécifique à l'utilisation de ce système rachidien à vis pédiculaires, car cette procédure est très exigeante sur le plan technique et expose le patient à des risques de lésions graves.

La poignée en T (T-Handle) est destinée à une utilisation avec le tournevis canulé faisant partie du kit d'instrument ainsi que le tournevis plein faisant partie du kit de révision the Neo Pedicle Screw System™. Ne pas utiliser le tournevis canulé inclus dans le kit d'instrument lors d'une révision.

Tous les patients opérés n'obtiennent pas un résultat satisfaisant, notamment parce qu'en matière de chirurgie du rachis, les circonstances particulière de chaque patient ont une influence sur les résultats. Ce système n'est pas conçu pour être l'unique moyen de maintien du rachis et ne doit pas être utilisé sans greffe osseuse. En cas de non consolidation de la greffe, le système d'intervention ne pourra donner de résultats satisfaisants. Aucun implant vertébral ne peut supporter le poids du corps sans le support de la charpente osseuse. En cas d'absence de soutien de la charpente osseuse, le (les) dispositifs risquent d'être arrachés, de se désassembler et/ou de se casser.

La bonne connaissance des techniques chirurgicales et des procédures pré- et périopératoires, ainsi qu'une bonne réduction, la sélection des implants adaptés et la bonne mise en place de ces implants sont autant d'éléments qui devront être pris en compte par le chirurgien afin d'assurer l'efficacité du système. En outre, la bonne sélection des patients, et l'observance de ces derniers, auront une grande influence sur les résultats obtenus. Des problèmes de consolidation osseuse ont été démontrés chez les fumeurs. Les patients tabagiques doivent être informés et avertis de ce risque. Les patients obèses, souffrant de malnutrition et/ou alcooliques sont également de mauvais candidats à une arthrode. Les patients ayant des muscles et des os de mauvaise qualité et/ou souffrant d'une paralysie nerveuse sont également de mauvais candidats à l'arthrode.

GESTION DES COMPLICATIONS

Les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter les complications et les situations susceptibles de mener à des effets indésirables sont décrites dans la technique chirurgicale.

CHOIX DE L'IMPLANT

Pour que l'intervention réussisse, il est indispensable de choisir l'implant (taille, forme) en fonction des caractéristiques morphologiques de chaque patient. Les implants chirurgicaux en métal sont soumis à des contraintes répétées pendant leur utilisation et leur résistance est

limitée par le fait qu'il est nécessaire de les adapter à la taille et à la forme des os humains. Faute d'une bonne sélection des patients, d'une bonne mise en place de l'implant et d'une bonne prise en charge postopératoire, les contraintes exercées sur l'implant risquent de provoquer une usure du métal susceptible de donner lieu à une fracture, une torsion ou un desserrement du dispositif avant cicatrisation totale, et causer des lésions supplémentaires ou nécessiter un retrait prématuré du dispositif.

FIXATION DU DISPOSITIF

Pour une approche par chirurgie à ciel ouvert ou pour une chirurgie mini-invasive par voie postérieure, voir la technique chirurgicale du système NEO Pedicle Screw System™.

Le système NEO Pedicle Screw System™ inclut des tiges et des implants de diamètres variés, destinés à être utilisés avec des instruments spécifiques au dispositif. Actionner le porte-écrou tout en maintenant le dispositif en place à l'aide de la poignée de contre-couple. Serrer le porte-écrou tout en bloquant la poignée du contre-couple jusqu'à ce que le dispositif soit correctement fixé. Dès lors que l'implant a été mis en place dans le respect de la technique chirurgicale du système NEO Pedicle Screw System™, il n'est ni utile, ni recommandé de procéder à un resserrage. UNE FOIS QUE LE MECANISME LIMITEUR DE CONTRE-COUPLE A ATTEINT LA TENSION PREDEFINIE, IL N'EST PLUS POSSIBLE D'EFFECTUER DE REGLAGES A MOINS DE RETIRER LE PORTE-ÉCROU ET DE LE REMPLACER PAR UN NOUVEAU BOUCHON, AU MOYEN D'UN NOUVEAU PORTE-ÉCROU.

CONSULTATION PRÉ-OPÉATOIRE

- Les patients sélectionnés doivent impérativement répondre aux critères décrits dans la section Indications.
- Exclure les patients souffrant des pathologies et/ou présentant les prédispositions mentionnées dans les contre-indications ci-dessus.
- Les composants de l'implant doivent être manipulés avec le plus grand soin. Les implants ne doivent être ni rayés ni endommagés. Les implants et les instruments doivent être protégés durant leur stockage, et être notamment placés dans un environnement non corrosif.
- Durant l'intervention, le chirurgien doit avoir à sa disposition un nombre d'implants plus important que le nombre d'implant nécessaire.
- Dans la mesure où les implants comprennent éléments mécaniques, le chirurgien doit connaître les différents composants du système avant d'utiliser le matériel et il doit s'assurer que toutes les pièces nécessaires sont bien présentes avant le début de l'intervention. Les composants du système NEO Pedicle Screw System™ (décrits dans la section DESCRIPTION) ne doivent pas être associés à des composants provenant d'un autre fabricant.
- Le chirurgien doit impérativement avoir à sa disposition des composants supplémentaires lui permettant de faire face aux imprévus.

STADE PERI-OPERATOIRE

- La chirurgie devra intervenir avec une extrême prudence autour de la moelle épinière et racines nerveuses. Toute lésion des nerfs entraînera une perte des fonctions neurologiques.
- Si un instrument ou, un implant venait à se casser, à glisser ou était mal utilisé, les conséquences pourraient être dommageables au patient ou à l'équipe présente dans le bloc opératoire.
- Bien vérifier que la surface des implants n'est pas rayée et ne présente pas d'entailles, car cela pourrait réduire la résistance fonctionnelle du système une fois celui-ci mis en place.
- Utiliser un système d'imagerie approprié pour guider l'intervention chirurgicale.
- Pour introduire correctement la vis, utiliser d'abord un guide-broche, puis un taraud affûté ou une vis auto-taraudeuse. Attention : veiller à ce que le guide-broche, s'il est utilisé, ne soit pas introduit trop profondément, tordu et/ou cassé. Vérifier que le guide-broche n'avance pas lors de l'alésage ou de l'insertion des vis. Retirer le guide-broche et vérifier qu'il est intact. Le non-respect de cette procédure peut entraîner la progression de tout ou partie du guide-broche dans l'os ou dans d'autres régions anatomiques et endommager les structures sous-jacentes.
- **Attention** : ne pas aléser excessivement ou utiliser une vis ou une fixation qui serait trop longue ou trop large. Un excès d'alésage, l'utilisation d'une vis de taille incorrecte ou une progression accidentelle du guide-fil pendant l'alésage ou l'insertion de la vis peuvent entraîner des lésions nerveuses, une hémorragie ou d'autres effets indésirables éventuels dont la liste est donnée par ailleurs dans cette notice. Si des vis sont insérées dans des pédicules vertébraux, utiliser le diamètre de vis le plus grand s'adaptant à chaque pédicule.
- **Attention** : Utiliser exclusivement du ciment à moyenne ou haute viscosité pour le scellement du système NEO Pedicle Screw System™. Lire attentivement la notice du ciment utilisé et vérifier qu'il peut être utilisé pour le scellement du système NEO Pedicle Screw System™.
- La greffe osseuse doit être placée dans la zone à fusionner et le matériau de greffe doit s'étendre depuis la vertèbre supérieure jusqu'à la vertèbre inférieure devant être fusionnées.
- Avant de suturer, tous les bouchons de serrage doivent être serrés conformément à la technique chirurgicale du système NEO Pedicle Screw System™.

PHASE POST-OPÉATOIRE

Les mises en garde et les recommandations données au patient par le médecin après l'intervention sont d'une importance capitale, et le patient doit observer ces recommandations.

- Donner au patient des instructions détaillées quant à l'utilisation du dispositif et à ses limites. Si une mise en charge partielle est recommandée ou nécessaire avant la consolidation complète de l'os, le patient doit être averti du risque que le (les) système(s) se torde(nt), se desserre(nt) ou se casse(nt) en cas de reprise trop précoce des activités physiques ou en cas de port de charges lourdes. Le risque qu'un système de fixation provisoire se torde, se desserre ou se casse durant la phase de rééducation est plus important dès lors que le patient a une activité physique importante, ou s'il est très affaibli, ou s'il est atteint de démence. Avertir le patient d'éviter toute chute ou secousse brutales au niveau du rachis.
- Pour que le résultat de l'intervention ait toutes les chances d'être positif, le patient ou les dispositifs ne doivent pas être exposés à des vibrations mécaniques ou à des chocs qui pourraient desserrer le système mis en place. Le patient doit être informé de ce risque et comprendre qu'il doit limiter ses activités physiques, éviter de lever des charges ou d'effectuer des mouvements de rotation et ne pas

pratiquer d'activités sportives. Conseiller au patient de ne pas fumer et de ne pas utiliser de produits à base de nicotine, de ne pas consommer d'alcool ni d'AINS, tels que de l'aspirine, pendant le processus de consolidation de la greffe.

- Le patient doit être informé de son incapacité à se pencher ou à se tourner au niveau de la fusion rachidienne et apprendre à compenser cette perte définitive de mobilité.
- Une mauvaise consolidation osseuse qui ne serait pas immédiatement prise en charge, avec immobilisation du patient, risquerait d'imposer des contraintes répétées sur l'implant. A cause du phénomène d'usure, ces contraintes pourraient finir par tordre, desserrer ou casser les implants. Il est important d'immobiliser le site d'intervention jusqu'à ce qu'une consolidation osseuse solide soit établie et confirmée par un examen radiographique. En cas de non consolidation persistante ou si les composants venaient à se desserrer, se déformer, ou se casser, le ou les dispositifs devraient être révisés et/ou immédiatement retirés avant qu'une lésion grave n'apparaisse. Le patient doit être correctement informé de ces risques et faire l'objet d'un suivi continu, afin de s'assurer de sa coopération jusqu'à ce que la consolidation soit avérée.
- Envisager, à titre de précaution, l'administration d'une antibiothérapie prophylactique aux patients porteurs d'implants devant subir une intervention chirurgicale ultérieure (par exemple, des soins dentaires), et plus particulièrement pour les patients présentant un risque élevé.
- Les implants du système NEO Pedicle Screw System™ sont des dispositifs de fixation interne provisoires. Les dispositifs de fixation interne sont conçus pour stabiliser le site opératoire pendant le processus normal de consolidation. Une fois le rachis fusionné, ces dispositifs n'ont plus d'intérêt fonctionnel et peuvent être retirés. Bien que la décision finale de retirer l'implant appartienne naturellement au chirurgien et au patient, le retrait de l'appareillage est indiqué chez la plupart des patients, car ces implants ne sont pas conçus pour transférer ou supporter les forces produites au cours des activités normales. Si le dispositif n'est pas retiré après avoir rempli son usage prévu, une ou plusieurs des complications suivantes peuvent se produire : (1) corrosion avec réaction tissulaire localisée ou douleur ; (2) migration de l'implant risquant d'entraîner une lésion ; (3) risque de lésions supplémentaires à la suite d'un traumatisme postopératoire ; (4) risque de torsion, de desserrement et de rupture qui pourraient rendre le retrait impossible ou difficile ; (5) douleur, gêne ou sensations anormales dues à la présence du dispositif ; (6) augmentation possible du risque d'infection ; (7) perte osseuse due aux adaptations osseuses autour de l'implant ; et (8) effets potentiels à long terme inconnus et/ou imprévus tels qu'une carcinogenèse. Le retrait de l'implant doit être suivi d'une prise en charge postopératoire adaptée pour éviter toute fracture, récurrence de fracture ou toute autre complication.
- Tous les dispositifs retirés doivent être gérés de sorte qu'il soit impossible de les réutiliser au cours d'une autre intervention chirurgicale. Comme pour tous les implants orthopédiques, les composants du système NEO Pedicle Screw System™ ne doivent jamais être réutilisés quelles que soient les circonstances.
- Des tests ne faisant pas l'objet d'un essai clinique et des simulations à l'IRM ont été réalisés pour évaluer l'ensemble des produits de la famille Neo Pedicle Screw System™ lors de test de compatibilité lors d'une IRM. Ces tests ont démontré que tous les implants de la famille Neo Pedicle Screw System™ sont compatibles avec l'IRM dans les conditions suivantes :
 - Champ magnétique statique de 1,5 Tesla et 3 Tesla uniquement
 - Champ de gradient spatial maximum de 4 000 gauss/cm (40 T/m)
 - Débit d'absorption spécifique (DAS) moyenné pour le corps entier maximum de la machine d'IRM de 2 W/kg pour un temps de balayage de 15 minutes (c'est-à-dire par séquence d'impulsions) en mode de fonctionnement normal de la machine d'IRM
 - Dans les conditions définies, le système de vis pédiculaire Neo devrait produire une augmentation de température inférieure à 2.0°C après 15 minutes de balayage en continu (c'est-à-dire, par séquence d'impulsions).

Images fantômes.

Dans le cadre des tests ne faisant pas l'objet d'une étude clinique, les images fantômes produites par le système Neo Pedicle Screw System™ s'étendent sur environ 10 mm autour du dispositif lorsque les images sont prises à par séquences d'impulsions T3 en écho de gradient.

RÉVISION

Le kit de révision doit être utilisé pour la chirurgie de révision. La procédure d'utilisation est décrite dans la technique de chirurgie.

EMBALLAGE

Tous les composants du Neo Pedicle Screw System™ sont fournis stériles et prêt à l'emploi, le contenu est donc stérile sauf si le paquet est endommagé, ouvert ou la date de péremption est passée.

Attention : L'emballage de chaque composant doit être intact à réception. Vérifier tous les emballages avant utilisation et vérifier leur intégrité. Les emballages ou les produits endommagés ne doivent pas être utilisés, mais renvoyés au distributeur local ou à NEO MEDICAL S.A.

Attention : Vérifier systématiquement la date de péremption avant utilisation et ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.

RÉCLAMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT














Tout professionnel de santé (p. ex., un client ou un utilisateur de ce système de produits) ayant une réclamation ou des griefs à formuler sur la qualité du produit, son identité, sa durée de vie, sa fiabilité, sa sécurité d'emploi, son efficacité et/ou ses performances doit en

notifier le distributeur officiel de NEO MEDICAL S.A.). En outre, il convient d'informer immédiatement le distributeur en cas de « dysfonctionnement » d'un ou de plusieurs composants du système rachidien implanté (c'est-à-dire si un composant ne correspondait pas aux caractéristiques de performance indiquées ou ne fonctionnait pas comme prévu), ou en cas de suspicion de dysfonctionnement. Si un produit de NEO MEDICAL S.A. venait à présenter un « dysfonctionnement » et pouvait être mis en cause dans le décès ou l'aggravation de l'état d'un patient, le distributeur doit en être immédiatement informé par téléphone, télécopie ou courrier. Pour toute réclamation, veuillez fournir le nom et le numéro du ou des composants, le ou les numéros du lot, vos nom et adresse, la nature de la réclamation, et indiquer si vous souhaitez un rapport écrit du distributeur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les directives d'utilisation recommandées de ce système (techniques chirurgicales) sont disponibles gratuitement sur demande. Pour tout complément d'information, veuillez contacter NEO MEDICAL S.A.

LEGENDES

	Ne pas utiliser le produit si l'intégrité de son emballage a été compromise		Ce dispositif est conforme à la directive européenne MDD93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
Rxonly	AVERTISSEMENT : conformément à la loi fédérale des Etats-Unis, ces dispositifs ne peuvent être vendus que par un médecin ou sur prescription médicale.		Stérilisé par rayons ionisants
	Consulter le mode d'emploi		Date limite d'utilisation
	Ne pas réutiliser		Référence
	Code lot		Compatible IRM dans certaines conditions
	Fabricant		Mise en garde/avertissement
	Température limite		Garder au sec